



ФГБОУ ВО «Российский университет
Минздрава России

Клинический медицинский центр
Университетская клиника

111398, г. Москва, ул. Кусковская, д. 1А, стр. 1, этаж 4
Тел. +7(495)713-90-90; E-mail: msmsu@msmsu.ru
www.msmsu.ru, www.clinic.msmsu.ru

ФГБОУ ВО «Российский университет
медицины» Минздрава России
Университетская клиника
Клинический медицинский центр
Юр. адрес: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 4
тел.: 8 (495) 609-67-00
Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Кусковская, д. 1А
тел.: +7(495) 713-90-90

2025 г.

Генеральному директору
ООО «ИНФОМЕД»
Вязьмину О.Н.

Отзыв

на портативный ручной монитор для измерения оксида азота NOBreath V2
(производства Bedfont Scientific Ltd, Великобритания)

В рамках научного исследования в период с 11.11.2024 по 10.01.2025 на кафедре оториноларингологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России на клинической базе КМЦ УК проводилась апробация портативного ручного монитора оксида азота NOBreath V2, предоставленного компанией ООО «ИНФОМЕД» — официальным дистрибьютором Bedfont Scientific Ltd в России.

Аппарат использовался для измерения фракционной концентрации оксида азота в околоносовых пазухах в выдыхаемом воздухе (FeNO) у пациентов с патологией околоносовых пазух (острый и хронический риносинусит, кисты околоносовых пазух, доброкачественные новообразования) с помощью запатентованного назального переходника. Исследование проводилось с целью изучения возможностей FeNO как маркера воспалительных процессов в ОНП.

В процессе эксплуатации аппарат NOBreath V2 продемонстрировал удобство и простоту использования. Компактные размеры, портативность и интуитивно понятный интерфейс позволяют проводить измерения непосредственно во время амбулаторного приема. Процедура неинвазивна, не требует сложной подготовки и занимает непродолжительное время. Наличие визуальной обратной связи облегчает выполнение пациентом необходимого дыхательного маневра и способствует соблюдению методики исследования.

Проведенные на кафедре исследования доказали наличие достоверного диагностического потенциала FeNO, измеренного аппаратом NOBreath V2 у пациентов с патологией ОНП и считают целесообразность использования данного аппарата в составе комплексного обследования пациентов.

Профессор кафедры оториноларингологии
ФГБОУ ВО «Российский университет медицины»
Минздрава России



Эдже М.А.